

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497, 13-43-78-227
NIP 684-21-20-222, REGON 000308620, KRS 00000 14669

EZ/215/69/2012

Krosno, dn. 18.07.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą łóżek wielofunkcyjnych z szafkami przyłóżkowymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” - EZ/215/69/2012.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

I.

Dotyczy: wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożnikach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami lakierowanymi proszkowo, nieodejmowanymi, wypełnionymi płytą HPL, mocowaną na stałe?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym w części plecowej płytą z tworzywa HPL – przezierną dla promieni RTG oraz w pozostałych segmentach leża wypełnionych profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 450-850 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojedynczymi, antystatycznymi kołami o średnicy 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez dodatkowego 5 koła?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika naładowania akumulatora na panelu centralnym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: szafka przyłóżkowa – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu głównego 400 x 400 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

II.

1. Czy Zamawiający dopuści w szafce przyłóżkowej wykonanie blatu głównego oraz blatu bocznego z płyty HPL?

Płyta HPL jest również materiałem trwałym, odpornym na wilgoć i dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Płyta taka posiada walory estetyczne i bogatą gamę kolorystyczną.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 950 mm (bez barierek bocznych) oraz szerokości 1030 mm (wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

IV.

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 10 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne o długości zewnętrznej 2200 mm? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego, gdyż zapewnia większy komfort pobytu pacjentów o wyższym wzroście.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne o szerokości zewnętrznej 1020 mm? Parametr ten znacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego z leżem wypełnionym odejmowanymi panelami z tworzywa ABS oraz segmentu pleców wypełnionego płytą HPL przezierną dla promieni RTG, montowaną na stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne wyposażone w 4 krążki odbojowe bez listew odbojowych wykonanych ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego ze szczytami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa z kolorowymi wklejkami z możliwością wyboru spośród min. 6 kolorów?
Odpowiedź:
Tak.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 440 do 820 mm? Poziom najniższej pozycji leża różni się od wymaganej jedynie o 10 mm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego, w którym sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka odbywa się z: panelu głównego, chowanego do półki na pościel z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka, pilota przewodowego z możliwością zawieszenia oraz sterownika nożnego regulacji wysokości. Regulacje z panelu głównego realizowane poprzez aktywowanie funkcji odpowiednim przyciskiem a następnie regulacja do pożądanej pozycji poprzez przyciski kierunkowe. Panel główny z możliwością blokady funkcji dostępnych z pilota przewodowego, przystosowany dla osób prawo i lewo ręcznych – sterowniki kierunkowe po obu stronach panelu głównego?
Odpowiedź:
Tak.
8. Czy Zamawiający wymaga zaferowania wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego z funkcją autokontur, czyli jednoczesny ruch segmentu uda i segmentu oparcia pleców realizowany z panelu głównego oraz z pilota przewodowego?
Odpowiedź:
Tak.
9. Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego z funkcją autoregresji, czyli ruch wsteczny sekcji pleców i uda w zakresie min. 120 mm.
Odpowiedź:
Tak.
10. Czy Zamawiający wymaga zaferowania wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego z dodatkowymi elektrycznymi funkcjami łóżka dostępnymi wyłącznie z panelu głównego - CPR, pozycja krzesła kardiologicznego, szokowa oraz egzaminacyjna, które są wyraźnie oznaczone, aktywowane osobno oznaczonymi przyciskami?
Odpowiedź:
Tak.
11. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne wyposażone w wieszak na worki urologiczne? Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
12. Czy Zamawiający oczekuje zaferowania wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego którego konstrukcja pozwala na nie mniejsze niż 250 kg dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze?

Odpowiedź:

Tak.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne bez dodatkowego 5-go koła?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym podstawa łóżka nie została zabezpieczona tworzywową osłoną?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne bez dodatkowego wyposażenia w postaci materaca przedłużenia leża?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

16. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wielofunkcyjnego łóżka elektrycznego z elektryczną funkcją CPR oraz dodatkowo mechaniczną funkcją CPR segmentu pleców, czy też Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka tylko z elektryczną funkcją CPR?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Szafka przyłóżkowa – 10 sztuk

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości 540 mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 920 mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z bezstopniową regulacją wysokości blatu bocznego za pomocą mechanizmu ze sprężynami w zakresie 800 do 1160 mm? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat boczny wykonany jest z płyty HPL odpornej na środki chemiczne oraz działanie wysokich temperatur?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez dodatkowego mechanizmu samodomykającego drzwi szafki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

22. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szafki przyłóżkowej wyposażonej w blat boczny z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia do min. $\pm 30^{\circ}$?

Odpowiedź:

Tak.

23. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szafki przyłóżkowej, której szuflada wyposażona jest w prowadnice samodociągowe zapewniające ciche i bezpieczne zamykanie bez względu na zastosowaną siłę zamykania?

Odpowiedź:

Tak.

24. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szafki przyłóżkowej wyposażonej w dodatkową półkę, wolną przestrzeń pomiędzy szufladą a dolną częścią o wymiarach 450 x 400 x 220 mm na podręczne przedmioty pacjenta?

Odpowiedź:

Tak.

25. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szafki przyłóżkowej wyposażonej w uchwyt na 2 butelki o poj. około 1,5 l zlokalizowany wewnątrz na drzwiach szafki?

Odpowiedź:

Tak.

V:

Pytania do SIWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty zawarcia umowy? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 10 sztuk.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o szerokości zewnętrznej bez poręczy bocznych równej 965mm natomiast z poręczami 1022mm ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez listew odbojowych ze stali nierdzewnej wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez dodatkowego sterowania nożnego wysokości?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z ręczną regulacją pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga? Regulacja tych pozycji jest wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez elektrycznej pozycji antyszokowej?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez dodatkowego piątego koła?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z materacami bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej własności nieprzepuszczalności drobnoustrojów?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez kosza na pojemniki urologiczne?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez optycznego wskaźnika naładowania akumulatora umieszczonego na panelu centralnym?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne 10 sztuk.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych o wysokiej stabilności nawet w najwyższym położeniu leża, doskonale ułatwiająca dezynfekcję ze względu na brak trudno dostępnych powierzchni ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach całkowitych, długość 2205 mm x szerokość 985 mm ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 krążki odbojowe, w pełni chroniące łóżko przed uderzeniami i otarciami, a tym samym bez listw odbojowych ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szczytami wykonanymi w równoważnej technice odlewu z tworzywa z zachowaniem opisanych parametrów ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie przeziernie dla promieni RTG z wypełnieniem z metalowych lameli malowanych proszkowo ?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko którego segmenty leża wypełnione są przezierna dla promieni RTG płytą dekoracyjną bądź wypraskami z tworzywa ?
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 385-765 mm ? Rozwiązanie takie znacznie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta , niska minimalna wysokość pozwala na bezpieczne opuszczanie łóżka , a tym samym chroni pacjenta przez „ zeskakiwaniem ” i zsuwaniem się.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dolny parametr – 385 mm.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez dodatkowego sterowania nożnego wysokości ? Łóżko standardowo zostaje wyposażone w panel centralny i pilot przewodowy na których można dokonywać regulacji wysokości , dodatkowo pilot oraz panel wyposażone są w przycisk aktywacji „GO ” który to wymaga świadomości użycia oraz zabezpiecza przed nieumyślnym uruchomieniem jakiegokolwiek funkcji

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy w rozumieniu pkt. 9 Zamawiający ma na myśli możliwość uzyskania „ pozycji kardiologicznej ” z jednego przycisku z jednoczesną regulacją funkcji anty-trendelenburga ?

Odpowiedź:

Tak.

10. Czy w rozumieniu pkt. 10 Zamawiający oczekuje aby akumulator był wyposażony w funkcję sygnalizacji stanu naładowania akumulatora ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją anty-szokową dokonywaną za pomocą dwóch przycisków ? Takie rozwiązanie wymusza świadomości użycia w/w funkcji.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy w rozumieniu pkt. 15 Zamawiający ma na myśli funkcję CPR dokonywaną za pomocą jednego przycisku ?

Odpowiedź:

Tak.

13. Czy w rozumieniu pkt 16. Zamawiający dopuści wymóg aby łóżko było wyposażone w dodatkową mechaniczną funkcję CPR pleców , dokonywaną za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych po bokach łóżka od strony segmentu pleców ? Rozwiązanie takie sprawdza się w przypadku braku zasilania w prąd , a jest nagła potrzeba użycia w/w funkcji ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pojedyncze koła jezdne ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą osłoniętą z tworzywa jedynie w miejscach montowania kolumn , w celu ochrony przed przedostaniem się różnego rodzaju cieczy. Oferowane łóżko jest tak skonstruowane że nie wymaga aby podwozie było dodatkowo obciążone , osłonięte jakimikolwiek elementami ruchomymi dodatkowo , łóżko stanowi ściśle skonstruowaną całość więc nie wymaga wyposażania go w pokrywę ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści wymóg aby łóżko było wyposażone w funkcję 5 koła uruchamianą za pomocą dźwigni hamulca ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużania leża w pełni wystarczającą nawet dla wysokich pacjentów w zakresie do 150 mm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

18. Czy w celu wyboru najnowocześniejszego i najbezpieczniejszego sprzętu , Zamawiający dopuści wymóg aby łóżko spełniało normę EN 60601-2-52 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Szafka przyłóżkowa -10 sztuk

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenie mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym o wymiarze 500x510mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką boczną o wymiarach 465x415mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę z wysokością 885mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od opisanego i nie powoduje pogorszenia jej funkcjonalności.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 510mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści blat górny oraz blat półki bocznej wykonanej z płyty dekoracyjnej wysokoodpornej UNILAM, odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami.

7. Czy Zamawiający wymaga blatu bocznego, który jest lekki i który można samodzielnie wyjąć, pochylić i schować za pomocą jednej ręki?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści drzwi szafki oraz fronty szuflad wykonane z płyty dekoracyjnej wysokoodpornej UNILAM, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści szafkę której drzwiczki zabezpieczone są przed samoczynnym otwieraniem bez konieczności stosowania mechanizmu samo domykania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Czy w celu zapewnienia komfortu pacjentowi Zamawiający wymaga, aby szafka posiadała metalową półkę na prasę umieszczoną pomiędzy szufladą i dolną szafeczką z drzwiczkami, tak aby Pacjent mógł skorzystać z niej samodzielnie w potrzebnym dla siebie momencie?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

VII.

Dotyczy treści SIWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 9 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne-10 sztuk

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych lakierowanych epoksydowo z ośmioma punktami podparcia (nożycowy system wznoszący – 4 punkty z góry i 4 z dołu)? Proponowane rozwiązanie jest w zakresie funkcjonalnym tożsame z wymaganym, gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność oraz zwiększa dopuszczalne obciążenie do 250kg, co zdecydowanie podnosi jego funkcjonalność.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 220cm? Wskazana długość jest korzystniejsza od wymaganej i gwarantuje pełny komfort pacjentów o wyższym wzroście, a tym samym ułatwia pracę personelu medycznego.


Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone tylko w cztery krążki odbojowe umieszczone w narożnikach leża bez dodatkowej listwy ochronnej ze stali nierdzewnej? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia ochrony łóżka i pomieszczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, a wymagana listwa nierdzewna wręcz przeciwnie przy zderzeniu może powodować uszkodzenia ścian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.



6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w jednorodne szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa (polipropylenu) z kolorowymi wklejkami wykonane w technologii innej niż Rotomoulding? Wymagany sposób dotyczy procesu produkcji, w zakresie użytkowym natomiast oferowane szczyty spełniają tę samą funkcję jak wymagane i doskonale zabezpieczają pacjenta oraz są odporne na wilgoć i środki dezynfekcyjne.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione są zdejmowanymi panelami z tworzywa HPL charakteryzującego się znacznie wyższą odpornością na ogień, wodę, grzyby oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i poprawia wartość użytkową łóżka.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wysokości maksymalnej leża wynoszącej 84cm? Oferowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego i jest korzystniejszy dla zapewnienia komfortu pacjentów o wyższym wzroście.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel centralny dla personelu z możliwością jego zawieszenia na dolnym szczytce łóżka? Wskazane rozwiązanie jest w zakresie użytkowym tożsame z wymaganym.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w cztery podwójne koła o średnicy 150mm centralnie blokowane przy pomocy jednej ramy nożnej umieszczonej w jego dolnym szczytce nad kołami oraz piąte koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie jest wyposażone w kosz na pojemniki urologiczne? Wymaganie to nie jest konieczne i nie wpływa na wartość użytkową łóżka.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ i odpowiedziami.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w materac którego tkanina nie posiada opinii laboratoryjnej potwierdzającej własność nieprzepuszczalności drobnoustrojów? Stawiane wymaganie nie jest konieczne natomiast w znacznym stopniu ogranicza konkurencyjność składanych ofert.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.

13. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łożko wyposażone w barierki tworzywowe, podwójnie dzielone i zabezpieczające pacjenta na całej długości, opuszczane wzdłuż ramy leża czy też składane, metalowe zabezpieczające pacjenta na długości ok. $\frac{3}{4}$? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie łożka zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko bez wskaźnika naładowania akumulatora umieszczonego na panelu centralnym? Oferowane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łożka.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy- szafka przyłóżkowa – 10 sztuk

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, w której blat główny oraz blat roboczy wykonane są z płyty HPL odpornej na wilgoć oraz dezynfekcje? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.



Zamawiający zawiadamia o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: ...2012...07...2.3....

Nowy termin otwarcia ofert: ...2012...07...2.3....

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
dr inż. Piotr Lenik

BIURO ZAMOWIENI
BLIZNYCH I ZACPATRZENIA

Katarzyna Pelczar

mgr inż. Katarzyna Pelczar

.....staszcz...referent.....

SEKRETARZ KOMISJI PRZETARGOWEJ