

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 23.08.2012

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą narzędzi chirurgicznych, elektrod do zabiegów urologicznych, wózka reanimacyjnego
EZ/215/78/2012.**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni od daty podpisania umowy.


Pytanie 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 wózka reanimacyjnego i utworzenie dla niego odrębnego pakietu? Proponowane rozwiązanie jest bardzo korzystne, gdyż zwiększa konkurencyjność składanych ofert, co z kolei wpływa na obniżenie kosztów zakupu wózka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy z pozycji nr 1 pakietu 2 odrębny pakiet 2a.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, fronty szuflad z wysokiej jakości polietylenu dostępnego w sześciu kolorach, natomiast blat roboczy z wysokiej jakości tworzywa (polipropylenu) lub stali nierdzewnej kwasoodpornej? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i zapewnia najwyższą jakość, stabilność konstrukcji oraz długi okres użytkowania wózka, a także odporność na możliwe uszkodzenia.




Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek o wymiarach zewnętrznych bez wyposażenia 640x480x980mm? Oferowane rozwiązanie jest w optymalny sposób dopasowane do potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.




Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 5 szuflad wysuwanych w 110% na prowadnicach rolkowych i wypełnionych wyjmowanymi koszami wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa ABS? Takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego gdyż ułatwia proces dezynfekcji wózka i jego całkowitej sterylizacji, zwiększa zakres funkcjonalny i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w centralną blokadę wszystkich szuflad przy użyciu kluczyka umieszczonej z przodu wózka w górnej części? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i umożliwia centralną blokadę wszystkich szuflad.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w cztery podwójne koła o średnicy 125mm, w tym dwa koła antystatyczne z podwójną blokadą co do toczenia i obrotu? Zastosowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i pozwala na zapewnienie mobilności wózka oraz jego unieruchomienie względem podłoża.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w jeden uchwyt do jego prowadzenia umieszczony przy krótszym z boków? Proponowane rozwiązanie pozwala na swobodne transportowanie wózka i komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez pionowych listew do mocowania wyposażenia? W przypadku oferowanego wózka jest to wymaganie zbędne, gdyż jego dodatkowe elementy montowane są przy zastosowaniu innych rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez tylnej listwy montażowej oraz zamontowanego na niej luku ze stali oraz półki ze stratyfikowanego laminatu? Wymaganie to nie jest konieczne dla użytkowania wózka a jego brak nie obniża funkcjonalności produktu.


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w nadstawkę umieszczoną na wysięgniku ze stali nierdzewnej z pięcioma pojemnikami wykonanymi z półprzezroczystego tworzywa bez możliwości umieszczenia na nich etykiet informacyjnych? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i pozwala na przechowywanie produktów medycznych.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt na pojemnik z odpadami widoczny na zdjęciu bez polipropylenowego pojemnika? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek o nośności konstrukcji do 400kg, oraz ładowności każdej z szuflad rzędu 30kg? Wprowadzenie powyższego wymogu umożliwi zaoferowanie wyłącznie wózków najwyższej jakości, gwarantujących długotrwały okres użytkowania sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe umieszczone nad kołami? Gwarantuje to pełne zabezpieczenie wózka oraz ścian szpitala przed możliwymi uszkodzeniami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 16. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy jednorazowej i wprowadzi w zakresie par. 5 jako obowiązujące następujące zapisy:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w

następujących wysokościach:

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości opóźnionej dostawy (nie mniej niż 20 zł), za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy

2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1 % wartości reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł), jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanego towaru.

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości niezrealizowanej umowy (nie mniejszej niż 20 zł.)

oraz doda we wzorze umowy sukcesywnej w zakresie par. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 odpowiednio zdanie: „, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy reklamowanego towaru”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17. dot. pakietu 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni.

Pytanie 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z wysokości 2% na 0,5% za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z wysokości 5% na 2% w przypadku nie dotrzymania terminu reklamacji, za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z wysokości 20% na 10% w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym w formularzu cenowym i przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Józefa Piłsudskiego w Krośnie
[Signature]
dr inż. Piotr Lenik

[Signature]
lek. med. MAREK PELC
specjalista położnictwa i ginekologii
38-400 KROSNO, Chopina 82a
tel. (0 13) 42-012-26
57-80686 L 2769147

DZIAŁ ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

[Signature]
mgr inż. Joanna Mendocha
ST. INSPEKTOR

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

[Signature]
mgr Monika Koś

lek. med. Alicja Kotuszek
ANESTEZJOLOG
38-400 Krosno
ul. Mickiewicza 20/30
Tel. 42 206-48
211021
[Signature]
A. Kotuszek