

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 24.09.2012

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU DODATKOWYCH WYJAŚNIENI/SPROSTOWANIA
NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów endoskopowych
nr postępowania EZ/215/89/2012**

Zamawiający informuje Wykonawców, iż uzupełnia odpowiedź na pytanie nr 25 z dnia 20.09.2012 roku jak następuje:

Pytanie 25. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Formularz przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1

1. Wnosimy o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych do kanału 2,8mm
2. Czy Zamawiający na pewno miał na myśli średnice łyżeczek 2,8mm?
3. Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów: Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku o do kanału min 2,8mm długość robocza 160 cm lub 230 cm (do wyboru przez Zamawiającego) z możliwością biopsji, w osłonce z tworzywa sztucznego ze znacznikiem do oceny odległości, z igłą lub bez (do wyboru przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Ad. 1 i 2. - Chodzi o średnicę 2,8 mm złożonych łyżeczek szczypiec biopsyjnych (minimalny kanał biopsyjny 3,2 mm); Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza.

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym w formularzu cenowym i przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

**Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie**

Lek. med. Alicja Kotusanko
ANESTEZJOLOG
38-400 Krosno
ul. Korczyńska 28/30
1211021 Tel. 13 43 78-49

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
dr inż. Piotr Lenik

DZIAŁ ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
ST. INSPEKTOR

Lekarz Witold Chajec
SPECJALISTA CHIRURG
5628843