

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 03.12.2012

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą obłożeń operacyjnych
nr postępowania EZ/215/118/2012**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pytanie dot. Pakietu 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z otworem trapez i przylepcem	1	300x180	Otwór: TRAPEZ	28x20x19
kieszka na płyny z kształtką	1	30x25		
taśma medyczna	1	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	4	40x20		

Serweta główna wykonana z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min 60g/m², wodoszczelności powyżej 191cm H₂O, wytrzymałości na rozzerwanie na sucho i mokro powyżej 95kPa, zdolności absorpcyjnej powyżej 400%, nie posiadająca dodatkowych wzmocnień?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Pytanie dot. Pakietu 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw do TUR o składzie:

serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z siem i zintegrowanymi nogawicami	215x180
serweta na stół instrum.	190x150
serweta na stolik Mayo	145x80
serwetki do rąk (2)	40x20
taśma medyczna	50x9

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o parametrach: gramatura: 56g/m², odporność na penetrację wody 250cm H₂O, wytrzymałość na mokro i sucho 150 kPa, otwory o średnicach 8,5,4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Pytanie dot. Pakietu 3. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylne pokrowiec na przewody o wymiarach 15 x 250 o jednakowej szerokości całości wyrobu? Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach: 80 x 80? Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 60 x 55? Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści osłonę nieelastyczną z laminatu dwuwarstwowego z 2 sztukami taśm?

Odpowiedź: Poz. 1, 2, 3 – Zamawiający dopuszcza. Poz. 4 – Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 4. Pytania do Pakietu 4. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści piżamy pakowane pojedynczo? Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Pytania do Pakietu 5. Czy Zamawiający dopuści zarękawki zakończone mankietem poliestrowym, jałowe, pakowane parami, o wymiarach 45 x 11 cm (11 cm to obwód bez rozciągania), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie enumeratywnie wymienić wszystkich przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Nienależyte wykonanie to wykonanie umowy, ale w ten sposób, że nie odpowiada w pełni treści umowy określającej prawa i obowiązki strony.

Pytanie 7. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. Czy Zamawiający zgadza się aby W §5 pkt. 1 ust. 1) i 2) słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Czy pod pojęciem rozładunku Zamawiający rozumie wniesienie dostarczonego towaru do wskazanego w umowie przetargowej miejsca?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10. Pakiet 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do laparoskopii gdzie serweta do laparoskopii ma wymiar 196x269x304 cm z otworem brzuszny 25x28 cm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Pakiet 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania serwety TUR w rozmiarze 78/150x300 cm z otworem kroczyowym 7x7cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Pakiet 1: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej składający się z obłożenia do laparoskopii o rozmiarze 241 x 228 cm z oknem 27 x 30 cm z otworem w części kroczyowej o wym 12 x 15,5 cm oraz 4 organizatorami przewodów w rogach pola operacyjnego ? Obłożenie zintegrowane z ekranem anestetycznym i osłonami na kończyny. W części kroczyowej – otwór przylepny: 12cmx 15,5cm przysłonięty papierem foliowym umożliwiającym zachowanie sterylności i jednocześnie łatwym do usunięcia w razie potrzeby. Materiał obłożeń i serwet: materiał z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m²; I klasa palności wdl 16 CFR 1610; materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety spełniają wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H₂O


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Pakiet 2: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści serwetę do zabiegów TUR o wymiarach 152cm x 164cm, posiadającą w części kroczyowej elastyczny otwór oraz palec do badania per rectum wykonany z neoprenu, w części brzusznej – otwór o średnicy 6cm; zintegrowaną z osłonami na kończyny oraz zbiornikiem na płyny wraz z filtrem i zaworem z możliwością podłączenia ssaka; zbiornik wyposażony w przylepiec od strony zewnętrznej umożliwiający stabilizację zbiornika przez przyklejenie do fartucha operatora ? Materiał obłożeń i serwet: materiał z włókien

sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m²; I klasa palności wdl 16 CFR 1610; materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, chłonny, absorpcyjny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety spełniają wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14. pakiet 2 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji zestawu o następującym składzie i parametrach:



Zestaw serwet do resekcji przezcewkowych

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm

Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzuszny o śred. 3 cm i kroczywym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlżej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15. pakiet 3 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pokrowca na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16. pakiet 3 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pokrowca na aparaturę w rozmiarze 85 x 85 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. pakiet 3 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pokrowca na aparaturę w rozmiarze 65x85 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18. pakiet 3 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji osłony na kończynę w

rozmiarze 70 x 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19. pakiet 3 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji osłony na kończynę pakowanej a'2 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie po 2 sztuki, ale bez przeliczenia ilości.

Pytanie 20. pakiet 3 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji osłony na kończynę z taśmami pakowanymi osobno? DO każdej pojedynczej nogawicy dodane zostaną 3 taśmy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylne taśmy.

Pytanie 21. pakiet 3 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kieszeni bez sztywnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym w formularzu cenowym i przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
ST. INSPEKTOR

Zastępca Dyrektora
działu Ekonomicznych
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr Daniel Nowak
specjalista

mgr Monika Kosińska

M. Czerwiński