

nr postępowania EZ/214/27/2013

Krosno, dnia 26 kwietnia 2013 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/odrzuceniu oferty o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą kleszczyków do kruszenia kamieni

1. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę MEDIM sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno opiewająca na kwotę 12 616, 80 zł.
2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne, sp. z o.o., s.k.a, ul. Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia były kleszcze optyczne do kruszenia kamieni do zast. z optyką 27005BA/F (dł. 30 cm, śr. 4 mm), współpracujące z płaszczem 25Fr cystoskopowo-ureteronoskopowym, których szczegółowy opis zawarł Zamawiający w zał. nr 2 do zapytania ofertowego. W trakcie badania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu stwierdzono w ofercie Wykonawcy i dołączonych do niej materiałach katalogowych, iż brak w nich potwierdzenia, iż zaferowane kleszcze do kruszenia kamieni są kompatybilne z optyką 27005BA/F i współpracujące z płaszczem 25Fr cystoskopowym-ureteronoskopowym. Ponadto Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów – tłumaczenia na język polski strony 4 oferty – strony katalogowej. W związku z powyższym Wykonawca pismem z dnia 10.04.2013 został wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2013r do godziny 14.00 czego nie uczynił, w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 13 43 78 227 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem

Strona 1 z 1

Zastępca Dyrektora
działu Zamówień Publicznych
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński