

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
Tel. 13-43-78-227, 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/215/43/2014

Krosno, dn. 18.03.2014

*Do wszystkich uczestników postępowania  
[www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl)*

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą łyżek do laryngoskopów- EZ/215/43/2014.**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 jednorazowych łyżek do laryngoskopów, mikrobiologicznie czystych, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 łyżek do laryngoskopów jednorazowych mikrobiologicznie czyste .

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści rękojeść do laryngoskopu:

- światłowodową, bateryjną, wielokrotnego użytku;
- o średnicy 18mm i 32mm – do wyboru przez Zamawiającego;
- z ksenonową żarówką 2,5V, mocowana oddzielnie niż baterie co zapewnia bezpieczeństwo żarówki przy wymianie baterii;
- z metalowym kołnierzem naokoło żarówki kierującym światło bezpośrednio do światłowodu co zmniejsza utratę jasności;
- kompatybilną ze wszystkimi łyżkami światłowodowymi zgodnie ze standardem ISO 7376;
- do sterylizacji w autoklawie do temperatury 140°C;
- z dożywotnią gwarancją na korozję, wady produkcyjne i materiałowe?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści łyżki do laryngoskopów:

- plastikowe, światłowodowe;
- wykonane ze sztywnego plastiku;
- jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo;

- z akrylowym wypolerowanym światłowodem  $\varnothing$  4,0 mm;
- typ Macintosh (Nr 2 – 4), Miller (Nr 0 – 4);
- z wyraźnym oznaczenie rozmiaru łyżki na korpusie;
- kompatybilne ze wszystkimi uchwytami zgodnymi ze standardem ISO 7376;
- z kolorystycznym oznaczeniem zgodności z ISO?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 5**

**- Rękojeści bateryjnej wielokrotnego użytku**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści bateryjnej wielokrotnego użytku o średnicy 28mm.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 6**

**- Łyżki światłowodowe jednorazowego użytku**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem bezobsługowe ?

**Odpowiedź: Nie wymagające nadzoru technicznego.**

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
Województwa Świętokrzyskiego  
ul. Józef Piłsudski II w Krosnie  
**Petr Czerniak**