

Krosno, dnia 12.10.2015 roku

Do wszystkich uczestników postępowania  
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
W POSTĘPOWANIU  
na zakup wraz z dostawą kardiowerterów-defibrylatorów  
nr postępowania EZ/215/103/2015**

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Do pakietu nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora jednojamowego ICD VR z możliwością detekcji sygnałów przedsionkowych z 24 minutową długością zapisów EGM w pamięci Holtera?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 2. Dot. załącznik nr 2 pakier nr 1 kardiowerter-defibrylator VR oraz DR, pkt 3. Czy Zamawiający dopuści defibrylator jednojamowy oraz dwujamowy odpowiednio o wadze: VR DF1/DF4 – 77 g oraz DR DF1-77g, DF4 – 78 g?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 3. Dot. załącznik 2, pakiet nr 1, kardiowerter-defibrylator VR, punkt 15 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie ładowania kondensatorów przez cały okres pracy poniżej 13 s?

**Odpowiedź: Tak.**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
WOJEWÓDZKIEGO SZPI TALA PODKARPACKIEGO  
Im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Piotr Czerwiński

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr Monika Koś

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha  
st. specjalista