

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 16.03.2017

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na zakup z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca II , nr postępowania EZ/215/25/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr. 1 .Pkt 30 . Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem Mode Switch programowalnym w zakresie 133-400/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr. 2. Pkt. 41. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z długością zapisu EGM= 16,6 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr inż. Piotr Masłowski