

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
Tel. 13-43-78-227, 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/214/29/2018

Krosno, dn.26.02.2018r.

*Do wszystkich uczestników postępowania  
[www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl)*

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą aparatu USG.**

**Dot. PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO**

1. Dot. pkt 11

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z maksymalną pojemnością pamięci dynamicznej prezentacji M i D 60 sekund?

**Odpowiedź: Nie, nie dopuści.**

2. Dot. pkt 4

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z 9 mapami koloryzacji obrazu 2D ?

**Odpowiedź: Nie, nie dopuści.**

3. Dot. pkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat USG nieposiadający możliwości powiększenia obszaru obrazu diagnostycznego na pełny ekran?

**Odpowiedź: Nie, nie dopuści.**

4. Dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z 1 częstotliwością dla II harmonicznej?

**Odpowiedź: Nie, nie dopuści.**

Z poważaniem:  
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNYCH  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Katarzyna Krygowska