

Krosno, dnia 28.04.2016 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup i dostawę detektora przenośnego - Nr postępowania EZ/215/45/2016**

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Ponieważ wymagacie Państwo detektora min. 35 x 43cm (prostokąt), to zwracamy się z prośbą o dopuszczenie bezprzewodowego detektora o minimalnej rozdzielczości spełniającej Państwa wymagania, czyli ponad 9 MP (3000x3000 pixeli) ale w układzie prostokątnym, czyli 2800 x 3400 pixeli, co daje rozdzielczość detektora ponad 9,5 MP.

Odpowiedź: Rozdzielczość (3000x3000 pixeli) została wpisana omyłkowo, w rezultacie powinno być min. 2300x2800. W związku z tym Zamawiający dopuszcza rozdzielczość 2800x3400.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA POKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krosnie
mgr Piotr Czerwiński

19
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendoch
st. specjalista

Joanna Mendoch